



## 河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字第 YSBG-20250517

预算项目编码		预算项目名称	共聚焦内镜
设备名称	共聚焦内镜	设备型号	PCLES012
设备数量	1	设备品牌	BIOPSEE?倍晰?
序列号	S4252004	设备单价(元)	2350000.00
设备安放地点	3号楼3楼	设备总价(元)	2350000.00
设备归属科室	消化内镜中心	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2024-1194
销售公司名称	重庆医药集团河南有限公司	销售公司联系人/电话	杨潇桐 15617578906
生产厂家电话	027-87988676	销售公司负责人/电话	杨潇桐 15617578906
工程师及联系电话	刘闯 19939921930	销售公司固话	无

主要配置: 详见配置清单。  
内镜配套激光扫描成像装置SN号: M1252002、台车: C4251001, 另增加杭州安杰思CR4500内镜用二氧化碳送气装置1套, SN号: 020Z088982012, 杭州安杰思UW600-II型内镜送水装置1套, SN号 103Z087231017

验收项目	备注	验收项目	备注
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格	<input type="checkbox"/> 生产厂家、供应商资质	已提供
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证	鄂械注准20232064463	<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	无
<input type="checkbox"/> 医疗器械相关认证证书	已提供	<input type="checkbox"/> 操作使用培训	已培训
<input type="checkbox"/> 技术资料(说明书、维修手册)	已提供	<input type="checkbox"/> 操作规程	交使用科室
<input type="checkbox"/> 维修密码	无	<input type="checkbox"/> 运行正常	运行良好
<input type="checkbox"/> 发票复印件	已提供	<input type="checkbox"/> 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 无

验收过程存在问题:

无

使用科室负责人

医学装备部验收人员

医学装备部负责人

采供处负责人

2025-9-4

保修年限:

60个月

验收合格日期:

2025年9月8日