

郑县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目

项目名称：郑县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目

项目地址：郑县妇幼保健院

甲方：郑县妇幼保健院

乙方：上海柯渡医学科技股份有限公司

年 月 日



郑县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目

项目名称：郑县妇幼保健院医疗设备整体维保服务项目

项目地址：郑县妇幼保健院

甲方：郑县妇幼保健院

乙方：上海柯渡医学科技股份有限公司

2020年3月23日



甲乙双方协商一致，根据郑县妇幼保健院郑采磋商-2026-5 招标结果达成本服务合同(以下简称“合同”)。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

一、合同期限：

一年，自 2026 年 3 月 23 日起至 2027 年 3 月 22 日止。如果当年设备增加，增加的设备服务金额另外签订补充协议。

该合同在期限内连续执行，本合同项下的其他条款、附件、合同中提及的其他文件及补充协议与此项约定不一致的，以此项为准。

二、乙方的服务内容：

1. 对甲方提供的医疗设备清单见附件 1（不包含采购方与原厂或其他企业签订的保修合同未到期的设备、未列入采购方固定资产的设备及特种设备）提供接修、维修、巡检、风险评估、维护保养等服务，同时提供医学装备管理软件，协助医院完成医疗设备管理等服务。当年已报废的设备，由新出保设备自动更替。

2、医疗设备的巡检、维护保养、维修管理。

2.1 医疗设备维护巡检管理。乙方编制甲方各科室医疗设备巡检计划，每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

2.2 医疗设备维护保养管理。乙方安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合设备生产厂家的保养规程等相关规定。保养书面记录需由临床科室签字确认并存档。甲方在保设备（其他第三方买保设备），乙方代为管理，不参与巡检及保养工作，但乙方应与甲方一起监督、监管第三方维保工作及日常设备管理。

2.3 医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，乙方按既定的服务



模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，乙方需填写电子版和纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认。同时记录入设备管理系统保存。其中：

(1) 关于维修响应时间保证：接到甲方关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，法定工作时间内 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外 1 小时内到达场地，从而使设备尽快恢复正常工作状态；

(2) 关于维修完成时间保证：24 小时内处理完成率 85%以上；72 小时内处理完成率 95%以上；超出 72 小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室沟通反馈，并提供备用机器设备。

(3) 保证全院设备全年工作日的开机率达到 95%以上，其中急救及生命支持类设备开机率应达到 100%；全年开机率平均达到 95%以上，如有不足，按 2 倍维保日期延长该设备的维保服务期限。

2.4 医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和零备件，如有人为损坏或摔坏，医院负责修复。

乙方对服务清单范围内所有医疗设备易损件（非耗材和消耗品见附件 2）负责免费维修更换。消耗品和耗材定义：

(1) 按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料；

(2) 设备生产厂家规定或要求定期更换的；

对于定义范围内的设备耗材及消耗品，可以由甲方统一采购，乙方负责免费更换，如需乙方统一采购，费用另计。

3. 为医院提供设备管理软件，该设备管理软件须满足医院设备管理及国家法律、法规的要求，能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，安排专人负责软件各类信息维护；同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关负责人及相关领导，以方便



医院监督了解中标人在医院的详细日常工作。

4. 每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。

5. 医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，乙方有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

6. 医疗设备报废管理。设备正常使用期限为进口大型设备 8—10 年，中小型企业设备 6—8 年。中小型设备使用 8 年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的 35%—40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并出具相应文字报告。报废标准：

(1) 达到使用报废年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。

(2) 严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。

(3) 生产厂家无法提供技术和配件支持。

(4) 重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。

乙方有义务协助医院对于设备状况是否报废进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

7. 医疗设备档案管理。乙方需对医院所有医疗设备建立档案及维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

8. 医疗设备质量检测及计量校准。乙方对服务范围内的医疗设备（除强检设备外）每年定期进行检测校准、出具质监部门认可的合格证明并建档，积极配合医院迎接上级强检部门的工作。乙方需拥有多种生命支持类医疗设备检测校准服务设备。



9. 医疗设备标准操作、维护保养培训。乙方定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。具体时间由甲乙双方另行协商，但定期培训的次数每季度不低于1次。

10. 乙方应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

11. 对于目前还在保修期或质保期内的设备，在保修期或质保期结束后，双方具体协商纳入服务范围的设备清单及内容；其他特殊需求服务按医院列出的具体设备清单和服务内容，双方具体商量实施。

12. 根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。

13. 如设备维保，乙方应提前与甲方或甲方科室联系，在确保不影响甲方设备运营的情况下进行维护保养，在设备维护保养、维修过程中，乙方工作人员应严格遵守操作流程安全操作，在此过程中乙方工作人员的人身及财产损失均由乙方自行承担。

三、服务方式：

3.1 人员安排：

医院提供办公场地、维修间、值班室及备件储备仓库，乙方安排专职人员设立驻场服务，对项目内设备提供7*24小时维保服务，配备长期驻扎在医院的有维修资质的工程师数名，设定管理负责人负责日常医疗设备的巡检、保养、质量控制、维修及管理工作。

乙方提供有专业维修资质的工程师，负责对医院的设备使用人员定期进行专业培训，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，保养书面记录需由临床科室签字确认。驻扎院方工程师必须身体健康、遵纪守法、无不



良行为倾向、提供专业维修资质的医疗设备专职维修工程师；

乙方安排专员负责处理医院报修、数据分析、零备件使用等商务事宜安排；

乙方围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书。

3.2资源安排：

3.2.1 乙方维修中心优先响应甲方的报修，优先服务甲方。

3.2.2 在乙方维修中心，根据甲方设备紧急状况，安排备用机，备用机清单由甲方根据实际情况和乙方协商确定。

四、甲方的责任：

4.1 经考核合格后，甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

4.2 向乙方提供或协助乙方要求医疗器械生产经营企业提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

4.3 甲方为乙方提供必要的工作人员办公室、维修间、保养间、备件及备用机库、资料档案室、培训及学习场地，具体位置由甲方指定。

五、乙方的责任：

5.1 维修响应时间保证：接到甲方关于设备或其中部件的运行故障的报修电话，法定工作时间内 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外 1 小时内到达场地，从而使设备尽快恢复正常工作状态；

5.2 关于维修完成时间保证：24 小时内处理完成率 85%以上；72 小时内处理完成率 95%以上；超出 72 小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与设备使用科室沟通反馈，并提供备用机。

5.3 保证全院设备全年工作日的开机率达到 95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到 100%；全年开机率平均达到 95%以上，如有不足，按 2 倍维保日



期延长该设备的维保服务期限。

5.4 根据国家相关政策法规要求，乙方配合医院在质量控制、风险评估与防范、应急预案、安全运行及分析评价、不良事件上报等方面规范管理，完善各项规章制度及岗位职责。

5.5 乙方提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。

5.6 合同期限内，乙方的人员及财产的安全由乙方负责。

六、 合同价款：

含税单价（人民币）：¥ 745600.00/年（大写）：柒拾肆万伍仟陆佰元整/年；

合同价款包括资产管理维保服务费用和资产管理技术服务费用。

6.1 资产管理维保服务费用：

含税单价（人民币）：¥ 223680.00/年（大写）：贰拾贰万叁仟陆佰捌拾元整/年；

6.2 资产管理技术服务费用：

含税单价（人民币）：¥ 521920.00/年（大写）：伍拾贰万壹仟玖佰贰拾元整/年；

七、 付款方式及银行账户：

合同签订后，合同有效期内，每年内平均分两次付款，即待甲方对乙方的服务质量测评通过，且在收到乙方提供的正规发票后每半年支付一次（合同开始后的第6个月和第12个月各付合同总金额一半）。

账户：上海柯渡医学科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司上海市中支行

帐号：636100871000002

八、 合同的变更和转让：



合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务。

九、豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目(甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”另行计费)

9.1 医疗设备整机或部分重装、移机、搬动等相应的费用。

9.2 非乙方指派、甲方自行或擅自委托他人修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，以及其他不受乙方控制的任何原因所造成的设备损坏、故障。

十、信息保密：

甲乙双方对本合同、与本合同相关的其它信息、涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

十一、违约责任：

11.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。因未及时通知对方造成损失扩大部分，应有通知方承担责任。

11.2 在执行合同期间，乙方由于非甲方的原因而不再履行本合同，造成甲方损失的，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款并承担违约责任。

11.3 在合同有效期内，甲方无正当理由未按期支付服务费的，甲方每日按照应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金，甲方逾期支付满30天的，乙方有权立即解除本合同。

11.4 在合同有效期限内，乙方无正当理由无法及时提供对甲方设备进行本



合同第二条、第五条约定的服务内容，或服务内容未达到设备安装、维护保养、维修目的，或设备维保的完成率、开机率达不到约定的比例，每发现一次，加甲方视情况扣除不低于2000元的费用。超过3次（含3次）甲方有权单方解除合同。

十二、. 争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。如果经调解该争议无法解决，甲乙双方同意选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后签订补充协议。

合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章生效。

甲方：（签章）

郑县妇幼保健院

法人签字：

授权代表签字：

联系电话：

传 真：



乙方：（签章）

上海柯渡医学科技股份有限公司

法人签字：

授权代表签字：

联系电话：

传 真：



签订时间：2026年3月23日



附件 1:

设备清单

资产编号	资产名称	数量	入账日期	规格型号	使用部门
ZY2022000024	显微镜+手术录像系统	1.00	2022-03-31	LUMERA T	眼科
ZY2022000025	移动 DR	1.00	2022-03-31	Mobilett Mira Max	监护室
ZY2018000018	眼科广域成像系统	1.00	2018-06-30	待完善	眼科
ZY2023000021	4k 高清腹腔镜系统	1.00	2023-01-31	4k 750uhd	手术室
ZY2022000023	外科手术能量系统	1.00	2022-03-31	USG-400	妇科病房
ZY2018000062	强脉冲光与激光系统	1.00	2018-11-30	待完善	医学美容科
ZY2019000006	玻璃体切除系统	1.00	2019-08-31	待完善	眼科
ZY2022000021	全自动电脑视野计	1.00	2022-03-31	850	眼科
ZY2022000022	视觉电生理仪	1.00	2022-03-31	RETI-port21 compact	眼科
ZY2016000024	宫腔镜	1.00	2016-06-30	待完善	手术室
ZY2022000029	儿童型有创呼吸机	1.00	2022-03-31	Leoni Plus	儿科病房
000003465	宫腹腔镜	1.00	2010-12-01	待完善	手术室
41042541700570 4224000046	数字化医用 X 射线影像系统	1.00	2024-04-30	KBA-1	儿童保健科
ZY2022000296	肺功能测试系统	1.00	2022-08-31	Master Screen	儿科病房
ZY2020000077	口腔颌面锥形束计算机体层 摄像设备	1.00	2020-12-31	Dentrix55	口腔科
ZY2022000233	多感官训练室	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2015000023	妇科射频治疗仪	1.00	2015-08-31	待完善	妇科病房
ZY2019000041	婴幼儿呼吸机	1.00	2019-02-28	Leoniplus	监护室
ZY2019000050	眼科激光治疗仪	1.00	2019-05-31	YHM-05-DUA	眼科
ZY2022000034	有创呼吸机	1.00	2022-03-31	servo-x	监护室
ZY2022000033	有创呼吸机	1.00	2022-03-31	servo-x	内科病房
ZY2022000027	新生儿无创呼吸机	1.00	2022-03-31	NV8	监护室
ZY2022000028	新生儿无创呼吸机	1.00	2022-03-31	NV8	监护室
ZY2022000019	新生儿视频脑电图	1.00	2022-03-31	ACM32	监护室
ZY2018000071	乳房活检与旋切系统	1.00	2018-11-30	待完善	乳腺科
ZY2017000092	生物刺激反馈仪	1.00	2017-05-31	待完善	产后康复
ZY2018000041	二氧化碳激光治疗仪	1.00	2018-08-31	待完善	医学美容科
ZY2018000061	光学生物测量仪	1.00	2018-11-30	待完善	眼科
ZY2019000068	皮肤图像分析系统	1.00	2019-02-28	Generation7	医学美容科
ZY2022000032	运输用培养箱	1.00	2022-03-31	TI-2000	监护室
000003645	新生儿听力筛查仪	1.00	2014-05-31	待完善	儿童保健科
ZY2017000025	中心监护系统	1.00	2017-11-30	待完善	产二科
ZY2017000035	儿童智能 PT 联合单元	1.00	2017-10-31	待完善	小儿康复科



ZY202000038	麻醉机	1.00	2020-02-29	AX-600	手术室
ZY202000039	麻醉机	1.00	2020-02-29	AX-600	手术室
ZY202200007	车载呼吸机	1.00	2022-01-31	待完善	急诊科
ZY202000055	新生儿呼吸机	1.00	2020-06-30	NV8	监护室
ZY202200031	血气分析仪	1.00	2022-03-31	ABL90 FLEX	监护室
ZY202200030	血气分析仪	1.00	2022-03-31	ABL90 FLEX	产房
ZY202200002	呼吸机	1.00	2022-01-31	V3	手术室
ZY202200078	双极宫腔电切镜	1.00	2022-07-31	待完善	手术室
41042541700570 422400007	呼吸机	1.00	2024-02-29	V3	药库
41042541700570 422400006	呼吸机	1.00	2024-02-29	V3	手术室
41042541700570 4224000101	全自动气管镜洗消一体机	1.00	2024-07-31	DSNQ-1000	支气管镜室
ZY202100065	听觉综合治疗仪	1.00	2021-03-31	6 导联	小儿康复科
ZY202300006	一氧化氮气体流量控制仪	1.00	2023-01-31	BG-95	监护室
ZY201800054	认知能力测试与训练仪	1.00	2018-10-31	待完善	小儿康复科
41042541700570 4223000021	膨宫泵及工作站	1.00	2023-09-30	H108/SEEKER-10 0	
ZY201700026	成人麻醉呼吸机	1.00	2017-11-30	待完善	产二科
ZY201700050	电动综合手术床	1.00	2017-07-31	待完善	手术室
ZY201900051	膨宫泵	1.00	2019-05-31	待完善	手术室
ZY202200015	全自动综合验光仪	1.00	2022-03-31	CV5000	眼科
000003644	视力筛查仪	1.00	2014-05-31	待完善	儿童保健科
ZY201800058	麻醉机	1.00	2018-11-30	待完善	手术室
ZY201800057	麻醉机	1.00	2018-11-30	待完善	手术室
ZY202000049	人体成分分析仪	1.00	2020-05-31	待完善	儿童保健科
ZY201800028	低频神经肌肉刺激仪	1.00	2018-07-30	待完善	产后康复
41042541700570 422400068	儿童智力测评体检系统设备和器具	1.00	2024-06-30	TD	小儿康复科
41042541700570 4223000020	非接触式眼压计	1.00	2023-09-30	CT-800A	
ZY201500031	肛肠综合治疗仪	1.00	2015-08-31	待完善	肛肠门诊
ZY2022000216	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000217	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000218	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000219	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000220	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000221	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000222	高端 LED 双头无影灯	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2021000109	电子阴道镜	1.00	2021-12-31	IR6000D	宫颈癌筛查 门诊
ZY201800056	新生儿呼吸机	1.00	2018-11-30	待完善	监护室



ZY2019000034	经颅磁刺激仪	1.00	2019-07-31	NK-IC04	小儿康复科
ZY2020000037	屈光筛查仪	1.00	2020-02-29	SW-800	眼科
ZY2023000020	肺功能测试系统	1.00	2023-01-31	SpiosSCout	体检科
ZY2021000084	高频电刀	1.00	2021-03-31	VI0300S	手术室
ZY2018000064	红蓝光治疗仪	1.00	2018-11-30	待完善	医学美容科
ZY2014000075	医用纯水处理设备	1.00	2014-12-31	待完善	供应室
ZY2022000234	感统训练器材	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000026	便携式转运呼吸机	1.00	2022-03-31	SH200	手术室
41042541700570					
4223000049	全自动尿液分析仪	1.00	2023-10-31	US-1680	
ZY2023000002	新生儿心电图机	1.00	2023-01-31	CT200	监护室
ZY2022000204	高端多参数监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000205	高端多参数监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000206	高端多参数监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000207	高端多参数监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2015000027	中低周波治疗仪	1.00	2015-11-30	待完善	康复科
ZY2021000064	生物刺激反馈治疗仪	1.00	2021-03-31	待完善	小儿康复科
ZY2021000020	短波紫外线治疗仪	1.00	2021-01-31	JD-3300A	儿科病房
ZY2017000085	眼科激光治疗仪	1.00	2017-01-31	待完善	眼科
ZY2021000107	可视软性喉镜	1.00	2021-12-31	待完善	产二科
000003505	肺功能仪	1.00	2011-06-01	待完善	体检科
ZY2016000030	低温等离子体灭菌器	1.00	2016-08-31	待完善	供应室
41042541700570					
4224000092	短波紫外线治疗仪	1.00	2024-07-31	JD-3300A	小儿推拿
41042541700570					
4224000077	短波紫外线治疗仪	1.00	2024-07-31	JD-3300A	儿科二病区
ZY2020000043	高温一小时极速阅读器	1.00	2020-04-30	待完善	供应室
41042541700570					
4224000093	脉冲磁治疗仪	1.00	2024-07-31	JD-1600c	小儿推拿
ZY2018000063	紫外线光疗仪	1.00	2018-11-30	待完善	医学美容科
ZY2023000005	可视软性喉镜	1.00	2023-01-31	PL-F520	手术室
ZY2019000009	永磁旋振治疗仪	1.00	2019-11-30	待完善	门诊手术室
ZY2019000016	永磁旋振治疗仪	1.00	2019-05-31	待完善	生殖健康科
ZY2018000084	永磁旋振治疗仪	1.00	2018-12-31	待完善	生殖健康科
ZY2021000112	电动综合手术床	1.00	2021-12-31	HyBase3000	手术室
ZY2021000113	电动综合手术床	1.00	2021-12-31	HyBase3000	手术室
ZY2017000024	电子升降温设备	1.00	2017-11-30	待完善	产二科
ZY2022000070	内窥镜系统	1.00	2022-04-30	OM-822A	眼科
ZY2021000067	儿童上下肢训练器	1.00	2021-03-31	自动	小儿康复科
41042541700570					
4224000048	脊柱侧弯三维扫描仪	1.00	2024-05-29	sigma-1	儿童保健科
ZY2017000055	手持眼压计	1.00	2017-07-31	待完善	眼科
ZY2021000093	诊断型听力计	1.00	2021-11-30	AD226	眼科



ZY2015000030	动态心电图系统（记录盒）	1.00	2015-12-31	待完善	心电图室
000003533	心电监护仪	1.00	2012-02-01	待完善	内科病房
ZY2020000065	免模板磨边机	1.00	2020-08-31	LE+	眼科
ZY2022000035	除颤仪	1.00	2022-03-31	TEC-5602	监护室
ZY2022000036	除颤仪	1.00	2022-03-31	TEC-5602	外科病房
ZY2022000037	除颤仪	1.00	2022-03-31	TEC-5602	产房
ZY2022000038	除颤仪	1.00	2022-03-31	TEC-5602	产一科
ZY2023000007	培养监护仪系统	1.00	2023-01-31	B3	监护室
ZY2023000008	培养监护仪系统	1.00	2023-01-31	B3	监护室
ZY2023000009	培养监护仪系统	1.00	2023-01-31	B3	监护室
000003452	利普刀	1.00	2010-07-01	待完善	门诊手术室
ZY2022000017	医用升温毯系统	1.00	2022-03-31	SUN	手术室
ZY2022000018	医用升温毯系统	1.00	2022-03-31	SUN	手术室
41042541700570 4224000079	蜡疗机	1.00	2024-07-31	YLLZ-60	小儿康复科
41042541700570 4224000084	红外线治疗仪	1.00	2024-07-31	JLP-800E	产二科
000003479	无影灯	1.00	2011-06-01	待完善	手术室
ZY2019000073	可视硬性喉镜	1.00	2019-02-28	VL300L	手术室
ZY2021000013	体外膈肌起搏器	1.00	2021-01-31	HLO-GJ13A	产二科
ZY2021000003	新生儿暖箱	1.00	2021-01-31	B3	监护室
ZY2021000004	新生儿暖箱	1.00	2021-01-31	B3	监护室
ZY2021000023	新生儿培养箱	1.00	2021-01-31	B3	监护室
ZY2021000024	新生儿培养箱	1.00	2021-01-31	B3	监护室
ZY2022000020	新生儿亚低温治疗仪	1.00	2022-03-31	HGT-200	监护室
ZY2021000052	医用输血输液加温器	1.00	2021-03-31	FT2800	产二科
ZY2021000053	医用输血输液加温器	1.00	2021-03-31	FT2800	手术室
ZY2021000054	医用输血输液加温器	1.00	2021-03-31	FT2800	手术室
ZY2021000055	医用输血输液加温器	1.00	2021-03-31	FT2800	手术室
ZY2021000051	医用输血输液加温器	1.00	2021-03-31	FT2800	产房
ZY2022000055	电动肌肉震动仪	1.00	2022-04-30	DMS-1000	康复科
ZY2018000036	妊高症检测仪	1.00	2018-08-31	待完善	围保科
ZY2021000079	双有创模块插件式监护仪	1.00	2021-03-31	待完善	手术室
ZY2020000067	手术无影灯	1.00	2020-10-31	待完善	手术室
ZY2020000068	手术无影灯	1.00	2020-10-31	待完善	手术室
ZY2021000076	高频振动排痰系统	1.00	2021-03-31	PV-100	小儿推拿
41042541700570 4224000050	振动排痰机	1.00	2024-06-30	pv-100	
41042541700570 4224000051	振动排痰机	1.00	2024-06-30	pv-100	
41042541700570 4224000069	听力言语训练设备（音视频设备）	1.00	2024-06-30	ninan	小儿康复科
ZY2018000020	高频振动排痰机	1.00	2018-06-30	待完善	儿科病房



ZY2015000026	蜡疗机	1.00	2015-11-30	待完善	康复科
ZY2015000007	蜡疗机	1.00	2015-02-28	待完善	康复科
ZY2020000046	脐血流	1.00	2020-04-30	MFM-OBM	围保科
ZY2018000029	压力式盆底肌理测试仪	1.00	2018-07-31	待完善	产后康复
41042541700570 4223000059	牙科种植动力系统	1.00	2023-12-31	CHIROPPO	
000003521	眼科 AB 超机	1.00	2011-11-01	待完善	眼科
ZY2021000072	儿童感统器材	1.00	2021-03-31	待完善	小儿康复科
ZY2022000074	耳听发射器	1.00	2022-07-31	待完善	儿童保健科
ZY2017000033	多参数母亲胎儿监护仪	1.00	2017-11-30	待完善	产房
ZY2017000052	多参数母亲胎儿监护仪	1.00	2017-07-31	待完善	产二科
ZY2017000101	多参数母亲胎儿监护仪	1.00	2017-02-28	待完善	产一科
ZY2023000018	呼吸湿化治疗仪	1.00	2023-01-31	NF5	儿科病房
ZY2023000019	呼吸湿化治疗仪	1.00	2023-01-31	NF5	内科病房
ZY2022000261	母婴胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000262	母婴胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000263	母婴胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2021000039	胎心监护	1.00	2021-01-31	C22	产二科
ZY2019000026	门诊自助体检设备	1.00	2019-07-31	待完善	围保科
ZY2016000027	座式分娩台架	1.00	2016-06-30	待完善	产房
ZY2022000293	母婴监护仪	1.00	2022-08-31	C22	手术室
ZY2020000018	母婴监护仪	1.00	2020-02-29	c22	产房
ZY2018000037	多道心电图机	1.00	2018-08-31	待完善	心电图室
ZY2017000002	腹腔镜镜头	1.00	2017-12-31	待完善	手术室
ZY2019000072	腹腔镜镜头	1.00	2019-02-28	8300009082	手术室
ZY2017000068	除颤仪	1.00	2017-05-31	待完善	手术室
ZY2016000037	电动综合产床	1.00	2016-11-30	待完善	产房
ZY2020000008	视频喉镜	1.00	2020-02-29	Insight is3	手术室
ZY2017000001	除颤仪	1.00	2017-12-31	待完善	内科病房
ZY2017000067	床边监护仪	1.00	2017-05-31	待完善	手术室
41042541700570 4224000076	听力计设备	1.00	2024-06-30	ad	眼科
ZY2022000009	病人监护仪	1.00	2022-01-31	待完善	手术室
ZY2022000008	病人监护仪	1.00	2022-01-31	待完善	产二科
000003426	脑电监护仪	1.00	2008-10-15	待完善	心电图室
ZY2020000022	除颤监护仪	1.00	2020-02-29	BeneHeart-D3	急诊科
ZY2020000023	除颤监护仪	1.00	2020-02-29	BeneHeart-D3	产二科
ZY2023000010	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C22	产房
ZY2023000011	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C22	产房
ZY2023000012	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C22	产一科
ZY2023000013	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C22	产二科
ZY2023000001	超声波骨密度分析仪	1.00	2023-01-31	YYOKO-8000	儿童保健科
ZY2022000005	车载除颤仪	1.00	2022-01-31	D3	急诊科



ZY2022000006	车载除颤仪	1.00	2022-01-31	D3	急诊科
ZY2022000294	马镫形多功能腿架	1.00	2022-08-31	OTJ-001	手术室
ZY2022000295	马镫形多功能腿架	1.00	2022-08-31	OTJ-001	手术室
ZY2020000060	透化治疗系统	1.00	2020-08-31	待完善	生殖健康科
ZY2019000037	T组合器	1.00	2019-02-28	AD3000-TPA	监护室
ZY2021000035	医用升温毯系统	1.00	2021-01-31	PW-1	手术室
ZY2021000094	病人监护仪	1.00	2021-11-30	ePN 10 Neo	儿科病房
ZY2021000036	新生儿监护	1.00	2021-01-31	ePM 10 Ne0	监护室
ZY2021000037	新生儿监护	1.00	2021-01-31	ePM 10 Ne0	监护室
ZY2022000255	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000256	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000257	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000258	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000259	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000260	新生儿监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
41042541700570					
4224000074	液晶视力表	1.00	2024-06-30	c901	眼科
ZY2022000016	干眼雾化治疗仪	1.00	2022-03-31	DMQ1-1	眼科
ZY2019000071	绝缘检测仪	1.00	2019-02-28	待完善	供应室
ZY2021000009	麻醉视频喉镜	1.00	2021-01-31	VL3R	监护室
ZY2021000010	麻醉视频喉镜	1.00	2021-01-31	VL3R	产二科
ZY2018000078	容积输液泵	1.00	2018-12-31	待完善	产二科
ZY2021000086	极速生物阅读器	1.00	2021-07-31	待完善	供应室
000003652	膀胱镜	1.00	2014-06-30	待完善	外科病房
ZY2021000092	多频振动排痰机	1.00	2021-11-30	YK700-1	内科病房
ZY2016000004	可视喉镜	1.00	2016-02-29	待完善	手术室
ZY2018000083	水疗机	1.00	2018-12-31	待完善	小儿康复科
ZY2021000108	可视喉镜	1.00	2021-12-31	VL300M 中号	产二科
ZY2023000003	可视喉镜	1.00	2023-01-31	VL300M	手术室
ZY2023000004	可视喉镜	1.00	2023-01-31	VL300M	手术室
ZY2018000050	中央监护系统	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
41042541700570					
4223000058	心电血压记录仪	1.00	2023-12-31	CB-2304-A	
ZY2016000006	口腔综合治疗仪	1.00	2016-02-29	待完善	口腔科
ZY2016000005	口腔综合治疗仪	1.00	2016-02-29	待完善	口腔科
ZY2015000028	光子治疗仪	1.00	2015-11-30	待完善	外科病房
41042541700570					
4224000094	光子治疗仪	1.00	2024-07-31	Carnation-10	外科病房
000003656	男科微波治疗仪	1.00	2014-07-31	待完善	男性科
ZY2014000012	生物安全柜	1.00	2014-09-30	待完善	化验室
ZY2021000082	转运监护仪	1.00	2021-03-31	待完善	手术室
41042541700570					
4224000080	电动骨钻	1.00	2024-07-31	BYZ-114103	手术室



ZY2017000061	儿童牙科综合治疗机	1.00	2017-06-30	待完善	口腔科
000003559	二氧化碳激光治疗机	1.00	2012-07-01	待完善	皮肤科
41042541700570 4224000073	手持式裂隙灯	1.00	2024-06-30	s150	眼科
ZY2015000024	超声波清洗机	1.00	2015-08-31	待完善	供应室
000003630	熏蒸床	1.00	2014-05-31	待完善	产后康复
41042541700570 4224000141	全自动电子血压计	1.00	2024-11-30	HBP-9030	围保科
ZY2021000019	医用低温保存箱	1.00	2021-01-31	BDF-25V270	监护室
ZY2022000003	车载监护仪	1.00	2022-01-31	待完善	急诊科
ZY2022000004	车载监护仪	1.00	2022-01-31	待完善	急诊科
ZY2014000015	多功能眼病治疗仪	1.00	2014-09-30	待完善	眼科
ZY2020000035	空气检查仪	1.00	2020-02-29	AMS601B	供应室
000003532	口腔综合治疗仪	1.00	2012-02-01	待完善	口腔科
ZY2021000006	空气波压力循环治疗	1.00	2021-01-31	IPC-6000B	产二科
ZY2021000007	空气波压力循环治疗	1.00	2021-01-31	IPC-6000B	产一科
ZY2022000013	空气波压力循环治疗仪	1.00	2022-02-28	IPC-6000B	妇科病房
ZY2022000011	空气波压力循环治疗仪	1.00	2022-02-28	IPC-6000B	产二科
ZY2022000012	空气波压力循环治疗仪	1.00	2022-02-28	IPC-6000B	产一科
ZY2020000011	台式电子血压计	1.00	2020-02-29	HBP-9020	客服部
ZY2016000039	空气波压力治疗仪	1.00	2016-12-31	待完善	妇科病房
ZY2017000032	空气压力治疗仪	1.00	2017-11-30	待完善	内科病房
ZY2017000051	空气压力治疗仪	1.00	2017-07-31	待完善	外科病房
41042541700570 4224000075	台式电子助视器	1.00	2024-06-30	dm	眼科
ZY2018000082	熏蒸治疗机	1.00	2018-12-31	待完善	产后康复
ZY2021000085	数字式十二道心电图机	1.00	2021-07-31	待完善	体检科
ZY2019000018	水光机	1.00	2019-06-30	待完善	医学美容科
ZY2019000044	电子阴道镜	1.00	2019-02-28	EDAN-C3	宫颈癌筛查 门诊
ZY2018000049	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000048	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000047	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000046	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000045	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000044	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000043	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2018000042	新生儿专用监护仪	1.00	2018-08-31	待完善	监护室
ZY2021000083	婴儿T组合复苏器	1.00	2021-03-31	待完善	手术室
ZY2019000024	TA手柄	1.00	2019-07-31	待完善	供应室
ZY2021000017	T-组合复苏器	1.00	2021-01-31	NEO-1	产房
ZY2021000018	T-组合复苏器	1.00	2021-01-31	NEO-1	产二科
ZY2021000080	注射泵	1.00	2021-03-31	待完善	手术室



ZY2021000005	新生儿监护仪	1.00	2021-01-31	NC8	监护室
ZY2021000016	新生儿监护仪	1.00	2021-01-31	NC8	产房
ZY2021000001	新生儿辐射台	1.00	2021-01-31	HKN-93	监护室
ZY2021000002	新生儿辐射台	1.00	2021-01-31	HKN-93	监护室
000003391	高频电刀	1.00	2008-03-01	待完善	手术室
ZY2019000064	新生儿辐射台	1.00	2019-02-28	AKN-90	监护室
ZY2019000065	新生儿辐射台	1.00	2019-02-28	AKN-90	监护室
ZY2019000066	新生儿辐射台	1.00	2019-02-28	AKN-90	监护室
ZY2019000067	新生儿辐射台	1.00	2019-02-28	AKN-90	监护室
ZY2018000075	婴儿辐射台	1.00	2018-12-31	待完善	产房
ZY2019000029	空气压缩机	1.00	2019-07-31	PN-5000	监护室
000003641	多参数监护仪	1.00	2014-05-31	待完善	产房
000003642	多参数监护仪	1.00	2014-05-31	待完善	产房
ZY2014000042	母婴监护仪	1.00	2014-10-31	待完善	产房
ZY2018000004	婴儿培养箱	1.00	2018-03-31	待完善	监护室
ZY2018000003	婴儿培养箱	1.00	2018-03-31	待完善	监护室
ZY2018000002	婴儿培养箱	1.00	2018-03-31	待完善	监护室
ZY2018000001	婴儿培养箱	1.00	2018-03-31	待完善	监护室
ZY2017000006	婴儿培养箱	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000007	婴儿培养箱	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000008	婴儿培养箱	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000009	婴儿培养箱	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000074	婴儿培养箱	1.00	2017-02-28	待完善	监护室
ZY2017000075	婴儿培养箱	1.00	2017-02-28	待完善	监护室
ZY2022000064	24小时动态心电图监护仪	1.00	2022-04-30	IE-95	康复科
ZY2019000038	空氧混合器	1.00	2019-02-28	AD3000-SPB	监护室
ZY2019000039	空氧混合器	1.00	2019-02-28	AD3000-SPB	监护室
ZY2019000040	空氧混合器	1.00	2019-02-28	AD3000-SPB	监护室
ZY2022000065	动态血压检测仪	1.00	2022-04-30	KC-2820	康复科
ZY2017000049	免模机	1.00	2017-07-31	待完善	眼科
ZY2021000040	新生儿蓝光治疗仪	1.00	2021-01-31	待完善	监护室
ZY2021000041	新生儿蓝光治疗仪	1.00	2021-01-31	待完善	监护室
ZY2021000042	新生儿蓝光治疗仪	1.00	2021-01-31	待完善	监护室
ZY2021000043	新生儿蓝光治疗仪	1.00	2021-01-31	待完善	监护室
000003362	成人心电监护	1.00	2009-04-01	待完善	产房
ZY2015000014	电脑骨伤治疗仪	1.00	2015-05-31	待完善	外科病房
ZY2022000060	神经损伤治疗仪	1.00	2022-04-30	待完善	康复科
ZY2020000026	胎心监护仪	1.00	2020-02-29	c11	围保科
000003363	心电监护仪	1.00	2012-05-01	待完善	产一科
ZY2014000051	医用封口机	1.00	2014-11-30	待完善	供应室
000003604	婴儿培养箱	1.00	2014-03-31	待完善	监护室
000003605	婴儿培养箱	1.00	2014-03-31	待完善	监护室
000003603	婴儿培养箱	1.00	2014-03-31	待完善	监护室



ZY2022000251	胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000252	胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000253	胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000254	胎心监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2021000008	胎心监护仪	1.00	2021-01-31	C11	产一科
ZY2021000014	胎心监护仪	1.00	2021-01-31	C11	产二科
ZY2021000015	胎心监护仪	1.00	2021-01-31	C11	产二科
ZY2023000014	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C11	产房
ZY2023000015	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C11	产房
ZY2023000016	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C11	产一科
ZY2023000017	产科专用监护仪	1.00	2023-01-31	C11	产二科
ZY2016000007	成人监护仪	1.00	2016-02-29	待完善	妇科病房
ZY2014000019	多参数监护仪	1.00	2014-10-31	待完善	手术室
000003633	多参数监护仪	1.00	2014-05-31	待完善	康复科
ZY2017000058	裂隙灯显微镜	1.00	2017-06-30	待完善	眼科
ZY2017000059	裂隙灯显微镜	1.00	2017-06-30	待完善	眼科
ZY2022000238	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000239	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000240	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000241	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000242	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000243	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000244	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000245	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000246	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000247	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000248	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000249	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2022000250	普通心电监护仪	1.00	2022-07-31	待完善	保健院新址
ZY2021000025	心电监护仪	1.00	2021-01-31	科曼 C50	产房
ZY2021000026	心电监护仪	1.00	2021-01-31	科曼 C50	产二科
ZY2021000027	心电监护仪	1.00	2021-01-31	科曼 C50	产二科
ZY2021000028	心电监护仪	1.00	2021-01-31	科曼 C50	产二科
ZY2020000044	心电监护仪	1.00	2020-04-30	c50	手术室
ZY2020000045	心电监护仪	1.00	2020-04-30	c50	外科病房
ZY2020000013	心电监护仪	1.00	2020-02-29	c50	手术室
ZY2020000014	心电监护仪	1.00	2020-02-29	c50	外科病房
ZY2020000015	心电监护仪	1.00	2020-02-29	c50	妇科病房
ZY2020000016	心电监护仪	1.00	2020-02-29	c50	急诊科
ZY2020000017	心电监护仪	1.00	2020-02-29	c50	门诊手术室
ZY2014000056	心电监护仪	1.00	2014-12-31	待完善	儿科病房
ZY2014000055	心电监护仪	1.00	2014-12-31	待完善	儿科病房
ZY2014000052	心电监护仪	1.00	2014-11-30	待完善	小儿康复科



ZY2017000102	便携式产后康复仪	1.00	2017-02-28	待完善	妇科病房
ZY2017000103	便携式产后康复仪	1.00	2017-02-28	待完善	妇科病房
ZY2019000047	便携式低频脉冲治疗仪	1.00	2019-04-30	待完善	产后康复
ZY2017000011	病人监护仪	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000012	病人监护仪	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000013	病人监护仪	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000014	病人监护仪	1.00	2017-12-31	待完善	监护室
ZY2017000098	成人监护仪	1.00	2017-03-31	待完善	妇科病房
ZY2017000073	成人监护仪	1.00	2017-02-28	待完善	妇科病房
ZY2018000009	监护仪	1.00	2018-03-31	待完善	手术室
ZY2017000082	监护仪	1.00	2017-01-31	待完善	产一科
ZY2017000083	监护仪	1.00	2017-01-31	待完善	产一科
ZY2017000084	监护仪	1.00	2017-01-31	待完善	眼科
ZY2020000028	经皮黄疸仪	1.00	2020-02-29	JH20-1B	监护室
000003560	电脑验光仪组合台	1.00	2012-07-01	待完善	眼科
ZY2014000054	专业显示器	1.00	2014-11-30	待完善	放射科
ZY2022000058	神经肌肉低频电刺激	1.00	2022-04-30	KT-90A	康复科
ZY2021000066	数码经络导平治疗仪	1.00	2021-03-31	待完善	小儿康复科
ZY2016000017	根管马达	1.00	2016-06-30	待完善	口腔科
41042541700570					
4224000070	标准远视力表	1.00	2024-06-30	xk	眼科
000003531	曲率计	1.00	2012-02-01	待完善	眼科
ZY2022000039	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z-Y-800	产一科
ZY2022000040	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	产二科
ZY2022000041	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	妇科病房
ZY2022000042	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	儿科病房
ZY2022000043	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	眼科
ZY2022000044	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	外科病房
ZY2022000045	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	内科病房
ZY2022000046	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	门诊手术室
ZY2022000047	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	监护室
ZY2022000048	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	小儿康复科
ZY2022000050	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	供应室
ZY2022000051	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	手术室
ZY2022000052	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	产房
ZY2022000053	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	产房
ZY2022000049	紫外线空气消毒机	1.00	2022-03-31	YKX Z Y 800	小儿康复科
ZY2018000076	空气消毒器	1.00	2018-12-31	待完善	产二科
000003651	宫腔检查镜外鞘	1.00	2014-06-30	待完善	手术室
ZY2019000052	经皮黄疸仪	1.00	2019-02-28	JH20-1B	监护室
ZY2022000059	痉挛肌治疗仪	1.00	2022-04-30	KX-3A	康复科
ZY2019000070	克氏钻+HOMLOCK 钳子	1.00	2019-02-28	待完善	手术室
ZY2020000005	动态心电图盒子	1.00	2020-11-30	MIC-12H-3G 型	心电图室



ZY202000002	动态心电图盒子	1.00	2020-11-30	MIC-12H-3G 型	心电图室
ZY202000001	动态心电图盒子	1.00	2020-11-30	MIC-12H-3G 型	心电图室
ZY2019000032	经皮测胆红素仪	1.00	2019-07-31	QL1200 (A 型)	儿童保健科
ZY2018000060	妊高症监测系统	1.00	2018-11-30	待完善	产一科
ZY2018000059	妊高症监测系统	1.00	2018-11-30	待完善	产二科
41042541700570 4223000057	动态心电图系统	1.00	2023-12-31	TR-12H-35	
41042541700570 4223000056	动态心电图系统	1.00	2023-12-31	TR-12H-35	
ZY2017000086	婴儿辐射台	1.00	2017-01-31	待完善	产房
ZY2017000087	婴儿辐射台	1.00	2017-01-31	待完善	产房
ZY2015000019	婴儿辐射保暖台	1.00	2015-07-31	待完善	手术室
ZY2015000020	婴儿辐射保暖台	1.00	2015-07-31	待完善	产二科
ZY2014000036	婴儿辐射台	1.00	2014-10-31	待完善	产房
000003601	婴儿辐射台	1.00	2014-03-31	待完善	产房
ZY2017000106	宫腔镜内鞘	1.00	2017-02-28	待完善	手术室
ZY2018000053	空气压力治疗仪	1.00	2018-08-31	待完善	产一科
ZY2018000052	空气压力治疗仪	1.00	2018-08-31	待完善	产二科
ZY2018000055	空氧混合器	1.00	2018-11-30	待完善	监护室
ZY2021000081	困难气道车	1.00	2021-03-31	待完善	手术室
ZY2014000073	软水机	1.00	2014-12-31	待完善	供应室
000003614	迈瑞监护仪	1.00	2014-05-31	待完善	内科病房
000003613	迈瑞监护仪	1.00	2014-05-31	待完善	内科病房
ZY2019000074	困难气道车	1.00	2019-02-28	待完善	手术室
000003329	不锈钢对接车	1.00	2008-04-01	待完善	手术室
ZY2017000021	根管测量仪	1.00	2017-11-30	待完善	口腔科
ZY2020000006	接运病人对接车	1.00	2020-02-29	SHD-630	手术室
ZY2020000007	接运病人对接车	1.00	2020-02-29	待完善	手术室
000003659	颈椎牵引床	1.00	2014-07-31	待完善	康复科
ZY2017000100	五官科椅	1.00	2017-03-31	待完善	眼科
ZY2019000057	无痛牙周治疗仪	1.00	2019-02-28	NP.Pro	口腔科
ZY2014000060	心电监护仪	1.00	2014-12-31	迈瑞	内科病房
ZY2014000059	心电监护仪	1.00	2014-12-31	迈瑞	内科病房
ZY2021000105	呼吸机(模块)	1.00	2021-12-31	SV300	产二科
ZY2021000011	心肺复苏抢救车	1.00	2021-01-31	FG-A-01	产二科
ZY2021000038	心肺复苏抢救车	1.00	2021-01-31	FG-A-01	产二科
41042541700570 4224000012	等离子消毒机	1.00	2024-03-31	YKX.P-1200	手术室
ZY2021000089	电刀脚踏	1.00	2021-08-31	待完善	手术室
41042541700570 4224000011	接触式激光眼底诊断镜	1.00	2024-03-31	VSQUAD160	眼科
ZY2022000071	空气消毒器	1.00	2022-04-30	待完善	手术室
41042541700570	循环风消毒机	1.00	2024-07-31	000A	小儿推拿



4224000082					
41042541700570					
4224000083	循环风消毒机	1.00	2024-07-31	000A	手术室
41042541700570					
4224000095	血红蛋白分析仪	1.00	2024-07-31	301 型	儿童保健科
000003535	输液泵	1.00	2012-05-01	待完善	产二科
000003379	输液泵	1.00	2008-03-01	待完善	儿科病房
000003378	输液泵	1.00	2008-03-01	待完善	儿科病房
000003274	双目显微镜	1.00	2009-12-31	待完善	化验室
000003567	双目显微镜	1.00	2009-11-30	待完善	化验室
ZY2014000040	十二孔无影灯	1.00	2014-10-31	待完善	产房
ZY2020000062	双通道注射泵	1.00	2020-08-31	SN-50F6	监护室
000003602	婴儿辐射台	1.00	2014-03-31	待完善	监护室
ZY2016000015	自动气压止血带	1.00	2016-05-31	待完善	手术室
ZY2019000053	等离子空气消毒器	1.00	2019-02-28	YKX.P-B-1000	监护室
ZY2019000054	等离子空气消毒器	1.00	2019-02-28	YKX.P-B-1000	监护室
ZY2019000055	等离子空气消毒器	1.00	2019-02-28	YKX.P-B-1000	监护室
ZY2020000057	消毒机	1.00	2020-08-31	待完善	放射科
ZY2020000056	消毒机	1.00	2020-08-31	待完善	放射科
ZY2020000058	消毒机	1.00	2020-08-31	待完善	发热门诊
ZY2020000059	消毒机	1.00	2020-08-31	待完善	支气管镜室
000003566	综合产床	1.00	2003-10-30	待完善	妇科门诊
ZY2017000029	可叠加注射泵	1.00	2017-11-30	待完善	手术室
ZY2021000098	双通道注射泵	1.00	2021-12-31	M500	手术室
ZY2021000099	双通道注射泵	1.00	2021-12-31	M500	手术室
ZY2021000106	双通道注射泵	1.00	2021-12-31	M500	产二科
ZY2021000100	双通道注射泵	1.00	2021-12-31	M500	内科病房
000003388	胆通外科包	1.00	2008-03-01	待完善	手术室
ZY2014000039	九孔无影灯	1.00	2014-10-31	待完善	产房
000003271	婴儿保育设备	1.00	2009-08-30	待完善	手术室
ZY2021000104	多参数监护仪	1.00	2021-12-31	M800	手术室
ZY2019000060	智能输液泵	1.00	2019-02-28	BeneFusionVH	监护室
ZY2019000061	智能输液泵	1.00	2019-02-28	BeneFusionVH	监护室
ZY2019000001	智能输液泵	1.00	2019-02-28	BeneFusionVH	监护室
000003519	电动五官科椅	1.00	2011-11-01	待完善	眼科
ZY2018000008	多参数监护仪	1.00	2018-03-31	待完善	监护室
ZY2018000005	多参数监护仪	1.00	2018-01-31	待完善	监护室
ZY2021000021	婴儿身长体重秤	1.00	2021-01-31	DHM-3000	监护室
ZY2019000027	成人掌上监护仪	1.00	2019-07-31	M800	手术室
ZY2019000028	小儿掌上监护仪	1.00	2019-07-31	待完善	手术室
ZY2021000022	脉搏经皮血氧仪	1.00	2021-01-31	M800	监护室
ZY2020000071	新生儿血氧饱和度监护仪	1.00	2020-11-30	M800	产房
000003527	自动焦度计	1.00	2011-11-01	待完善	眼科



41042541700570 4224000072	电子助视器	1.00	2024-06-30	em	眼科
ZY2019000033	幼儿身高体重测量仪	1.00	2019-07-31	待完善	儿童保健科
ZY2019000056	等离子空气消毒器	1.00	2019-02-28	YKX.P-B-1000	监护室
ZY2021000111	多功能离子导入仪	1.00	2021-12-31	BSJ-DY-I	眼科
ZY2021000110	多功能弱视近视综合治疗仪	1.00	2021-12-31	BSJ-E	眼科
ZY2019000042	多参数监护仪	1.00	2019-02-28	ZD120E	产二科
ZY2019000043	多参数监护仪	1.00	2019-02-28	ZD120E	产一科
41042541700570 4224000042	妇科电动手术床	1.00	2024-04-30	dst-3003	产房
41042541700570 4224000041	妇科电动手术床	1.00	2024-04-30	dst-3003	产房
ZY2014000072	空气压缩机	1.00	2014-12-31	待完善	供应室
ZY2019000058	冷光白美仪	1.00	2019-02-28	C-Bright	口腔科
000003330	手术对接车	1.00	2009-10-01	待完善	手术室
ZY2018000026	注射泵	1.00	2018-06-30	待完善	监护室
ZY2018000025	注射泵	1.00	2018-06-30	待完善	监护室
ZY2018000024	注射泵	1.00	2018-06-30	待完善	监护室
ZY2018000023	注射泵	1.00	2018-06-30	待完善	监护室
ZY2016000009	焦度计	1.00	2016-04-30	待完善	眼科
ZY2022000066	轻型托腿架	1.00	2022-04-30	待完善	手术室
ZY2022000067	轻型托腿架	1.00	2022-04-30	待完善	手术室
41042541700570 4224000071	双筒望远镜式助视器	1.00	2024-06-30	xk	眼科
ZY2021000012	肠内营养注射泵	1.00	2021-01-31	NP09	产二科
ZY2020000070	输液泵	1.00	2020-11-30	DPfusion VP1	监护室
ZY2021000032	输液泵	1.00	2021-01-31	VP1	产二科
ZY2021000033	输液泵	1.00	2021-01-31	VP1	产二科
ZY2021000034	输液泵	1.00	2021-01-31	VP1	产一科
000003518	微波治疗仪	1.00	2011-11-01	待完善	眼科
ZY2021000029	注射泵	1.00	2021-01-31	SP1	产二科
ZY2020000069	注射泵	1.00	2020-11-30	DPfusion SP3	监护室
ZY2021000030	注射泵	1.00	2021-01-31	SP1	产二科
ZY2021000031	注射泵	1.00	2021-01-31	SP1	产二科
000003382	单道注射泵	1.00	2008-03-01	待完善	内科病房
000003380	单道注射泵	1.00	2008-03-01	待完善	手术室
000003383	单道注射泵	1.00	2008-03-01	待完善	儿科病房
ZY2020000029	麻醉柜	1.00	2020-02-29	CM-08	手术室
ZY2020000030	麻醉柜	1.00	2020-02-29	CM-08	产房
000003631	微量注射泵	1.00	2014-05-31	待完善	内科病房
000003511	移动消毒机	1.00	2011-09-01	待完善	产房
000003385	注射泵	1.00	2009-05-01	待完善	门诊手术室
ZY2014000020	中频治疗仪	1.00	2014-10-31	待完善	内科病房



000003649	中频治疗仪	1.00	2014-05-31	待完善	康复科
000003632	中频治疗仪	1.00	2014-05-31	待完善	康复科
000003578	输液泵	1.00	2013-01-31	待完善	内科病房
ZY2020000063	输液泵	1.00	2020-08-31	SN-1600V	监护室
ZY2020000064	输液泵	1.00	2020-08-31	SN-1600v	监护室
ZY2019000059	输液泵	1.00	2019-02-28	ZNB-XK	妇科病房
ZY2017000030	输液泵	1.00	2017-11-30	待完善	产二科
ZY2020000031	消毒机	1.00	2020-02-29	AJ/YXD-11	手术室
ZY2020000032	消毒机	1.00	2020-02-29	AJ/YXD-11	产房
ZY2018000085	小气泡美容仪	1.00	2018-12-31	待完善	医学美容科
ZY2020000033	注射泵	1.00	2020-02-29	SN-50C6	产一科
ZY2019000031	静脉输液泵	1.00	2019-07-31	VP7	产一科
000003587	输液泵	1.00	2013-01-31	待完善	内科病房
ZY2019000062	氧浓度检测仪	1.00	2019-02-28	CY-100B	监护室
ZY2018000074	注射泵	1.00	2018-12-31	待完善	产二科
ZY2018000073	注射泵	1.00	2018-12-31	待完善	产二科
ZY2018000007	电子消毒器	1.00	2018-03-31	待完善	产房
ZY2018000077	恒温箱	1.00	2018-12-31	待完善	产房
ZY2017000020	可调控恒温箱	1.00	2017-11-30	待完善	手术室
ZY2020000072	微量输液泵	1.00	2020-11-30	待完善	儿科病房
ZY2022000292	输液泵	1.00	2022-08-31	ME600	妇科病房
ZY2022000010	输液泵	1.00	2022-01-31	待完善	内科病房
ZY2022000001	输液泵	1.00	2022-01-31	待完善	产二科
41042541700570					
4224000015	医用电子血压计	1.00	2024-03-31	HBP-1320	儿童保健科
ZY2020000024	壁挂式消毒机	1.00	2020-02-29	SKW-CX-B100	产二科
ZY2020000027	壁挂式消毒机	1.00	2020-02-29	AJ/YXD-11	手术室
ZY2019000017	氢氧小气泡	1.00	2019-06-30	待完善	医学美容科
000003635	超声波体检机	1.00	2014-05-31	待完善	客服部
ZY2019000030	妇科检查床	1.00	2019-07-31	待完善	宫颈癌筛查 门诊
ZY2020000004	超声波体检机	1.00	2020-11-30	待完善	体检科
000003530	电脑中频治疗仪	1.00	2012-02-01	待完善	康复科
000003639	空气净化消毒器	1.00	2014-05-31	待完善	儿科病房
ZY2016000036	孔式手术无影灯	1.00	2016-10-31	待完善	手术室
000003435	干燥箱	1.00	2009-09-01	待完善	供应室
ZY2017000060	清洗注油机	1.00	2017-06-30	待完善	口腔科
ZY2020000019	输液泵	1.00	2020-02-29	ZNB-XK	产房
ZY2020000020	输液泵	1.00	2020-02-29	ZNB-XK	产房
ZY2020000021	输液泵	1.00	2020-02-29	ZNB-XK	产房
ZY2022000073	婴儿气道阻塞及 CPR 模型	1.00	2022-05-31	JY/CPR-001	监护室
ZY2020000034	紫外线检测仪	1.00	2020-02-29	LS126C	护理部
000003461	普通产床	1.00	2010-12-01	待完善	门诊手术室



000003509	普通产床	1.00	2011-09-01	待完善	门诊手术室
000003270	轻便产床	1.00	2008-08-30	待完善	妇科门诊
ZY2022000014	电动吸引器	1.00	2022-03-31	JX820D	急诊科
ZY2020000073	全自动洗胃机	1.00	2020-11-30	QZD-A	儿科病房
41042541700570 4224000143	微波治疗仪	1.00	2024-12-31	WB-3200A	乳腺科
ZY2014000035	踝关节矫正板	1.00	2014-10-31	待完善	康复科
ZY2021000088	骨钻电池	1.00	2021-08-31	待完善	手术室
ZY2014000032	电子天平	1.00	2014-10-31	待完善	化验室
ZY2020000009	腹腔镜模拟训练箱	1.00	2020-02-29	待完善	外科病房
ZY2014000047	洗眼器	1.00	2014-11-30	待完善	供应室
ZY2016000011	智能液晶视力表	1.00	2016-04-30	待完善	眼科
ZY2017000046	乳腺病治疗仪	1.00	2017-09-30	待完善	乳腺科
000003502	观片灯	1.00	2011-06-01	待完善	放射科
41042541700570 4224000039	吸引器	1.00	2024-03-31	5*330	手术室
41042541700570 4224000038	吸引器	1.00	2024-03-31	5*330	手术室
ZY2017000044	医用高压水枪	1.00	2017-09-30	待完善	供应室
ZY2017000045	医用高压水枪	1.00	2017-09-30	待完善	供应室
41042541700570 4224000120	超声多普勒胎音仪	1.00	2024-10-31	CHX-2C++	妇科病房
ZY2020000053	导光束	1.00	2020-05-31	待完善	手术室
41042541700570 4224000122	气体压缩式雾化器	1.00	2024-10-31	加强型	妇科病房
ZY2014000011	婴儿车	1.00	2014-08-31	待完善	监护室
ZY2014000010	婴儿车	1.00	2014-08-31	待完善	监护室
ZY2014000009	婴儿车	1.00	2014-08-31	待完善	监护室
ZY2014000008	婴儿车	1.00	2014-08-31	待完善	监护室
ZY2014000007	婴儿车	1.00	2014-08-31	待完善	监护室
41042541700570 4224000121	超声胎音仪	1.00	2024-10-31	JPD-200B1	急诊科
000003658	颈椎牵引椅	1.00	2014-07-31	待完善	康复科
ZY2020000050	多普勒胎仪	1.00	2020-05-31	待完善	产房
ZY2020000052	多普勒胎仪	1.00	2020-05-31	待完善	手术室
ZY2018000019	冷冻减脂仪	1.00	2018-06-30	待完善	医学美容科
ZY2022000054	呼出气氢气甲烷检测仪	1.00	2022-04-30	LY-1000	康复科
ZY2015000012	乐蓓尔分娩镇痛仪	1.00	2015-03-31	待完善	产房
ZY2021000096	核酸扩增检测分析仪	1.00	2021-11-30	UC0108	化验室
ZY2021000097	新型冠状病毒核算检测设备	1.00	2021-11-30	UC0102	化验室
ZY2022000061	糖尿病治疗仪	1.00	2022-04-30	KJ-5000	康复科
ZY2016000026	导乐分娩仪终端	1.00	2016-06-30	待完善	产房
ZY2016000025	导乐分娩仪终端	1.00	2016-06-30	待完善	产房



ZY2014000076	数字化 X 线摄影系统	1.00	2014-12-31	待完善	放射科
--------------	-------------	------	------------	-----	-----



附件 2:

耗材及消耗品清单

一、医用电子类

设备名称	消耗品
医用泵类	电池
监护仪类	一次性血氧探头及缆线、电池
心电图机类	心电吸球、夹板、电池
母婴类	胎心探头、宫缩探头及缆线、血氧探头及缆线、心电导联线及缆线、空气过滤网、加热灯管、暖箱衬套、暖箱温度探头、电池
负压吸引类	负压吸引管路及瓶子
气垫床类	床垫、膜、膜片
电针仪	电极线
亚低温治疗仪	冰毯、温度传感器
皮肤治疗仪	电极及导线
微波治疗仪	导联线
温热式低周波治疗仪	导联线
中频治疗仪	电极线
红外线治疗仪	治疗探头
神灯	灯头
稳压、变压类	稳压源、变压器



设备名称	消耗品
呼叫系统	分机、开关
设备带	各类接头、开关
床单位消毒仪	灯管
医用光栅	电机

二、呼麻急救手术器械类

设备名称	消耗品
麻醉机及麻醉监护	电池、湿化罐温度探头、排气管、气体滤芯、积水杯、挥发罐
呼吸机	气体滤芯、进出口细菌过滤器、呼吸膜肺、硅胶管路、呼吸面罩、湿化器、加热导丝
心肺复苏机	绑带
腹腔镜系统	光源、灯泡、超声镜、摄像手柄缆线二氧化碳气体连接管及连接器、导光束
高频电刀类	单极电凝连接线、电刀笔、负极板
清洗槽	塞子、滤芯
清洗机	滤芯、过滤器
超声刀	刀把、刀头、换能器、手柄线
无影灯	灯泡
吊塔	负压座子、氧气座子、刹车气囊、刹车环、网口座、 高压空气座子
手术显微镜	光源灯泡



二、激光类

设备名称	消耗品名称
激光治疗仪类	激光发生器、激光头及光纤、纯水滤芯

三、检验病理类

设备名称	消耗品名称
全自动生化分析仪	比色杯
水处理	滤芯、石英砂、树脂、活性炭、RO膜、ppe棉、消毒检测、细菌过滤器
血凝仪	灯泡
电解质分析仪	电极(钠、钾、氯等电极)
其他	样品杯

四、高温高压类

设备名称	消耗品名称
高压氧舱	舱门密封条
高压消毒锅	密封圈、消毒盒
消毒类	消毒盒、密封圈

五、血透设备

设备名称	消耗品名称
血透机	主机细菌过滤器、密封圈、A/B液吸杆、清洗液吸管、硅胶管

六、其他：（所有无源手术器械、一次性消耗品均不在保修范围之内。）



设备名称	消耗品名称
牙科综合治疗仪	三用枪, 手机头、光固化、管路
手术器械	活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等
门诊病房器械	负压表、压力表、氧流量表
供应室	潮化瓶、湿化杯、湿化管
制氧机	分子筛
眼科手术器械	裂隙灯灯泡
一次性消耗品	手套、口罩、鞋套、鼻塞、插管及管路、输液管路、注射器、吹嘴

