

单一来源采购方式专家论证意见

论证专家信息	姓名: 梁付民	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 许昌市中心医院	
项目信息	项目名称: 长葛市人民医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专家论证意见	CT 球管与现有主机在技术参数、硬件接口、软件系统上高度绑定, 仅原厂同型号兼容匹配, 无通用替代产品, 符合《中华人民共和国政府采购法》单一来源采购情形, 同意采用单一来源采购。	
论证专家签字	梁付民	日期: 2026年4月14日