

永城市人民医院永城市医共体(永城市人民医院+乡镇卫生院)五大共享中心项目变更公告

- 一、项目名称：永城市人民医院永城市医共体(永城市人民医院+乡镇卫生院)五大共享中心项目
- 二、项目编号：永财公开招标采购-2026-46 永政采【2026】086 号
- 三、首次公告日期：2026 年 9 月 29 日
- 四、变更内容：
- 1.原招标文件内容：

二标段：

序号	系统分类	技术参数要求
	总体要求	为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2024 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台
1	磁体	8. 磁体长度（不含外壳） $\geq 172\text{cm}$ ★9. 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 $\geq 70\text{cm}$
2	梯度系统	2. 梯度系统 2.1. 单轴最大梯度场强（X、Y、Z 轴，非有效值、非矢量值、非 Peak 值，非单组成像轴值） $\geq 45\text{mT/m}$ 2.2. 单轴梯度切换率（X、Y、Z 轴，非有效值、非矢量值、非 Peak 值，非单组成像轴值） $\geq 200\text{T/m/s}$
4	射频系统	▲10. 发射带宽 $\geq 700\text{MHz}$ 15. 必须具备线圈：（各一套） 15.1. 一体化头颈组合成像线圈 ≥ 32 通道 15.2. 腹部组合成像线圈 ≥ 32 通道 15.3. 一体化全脊柱线圈 ≥ 32 通道 15.4. 关节柔性线圈 ≥ 16 通道
12	其他及附属设施	7. 乳腺线圈 ≥ 8 通道 1 个

三标段：

序号	系统分类	技术参数要求
	总体要求	为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2022 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台
1	机架系统	▲1.7 球管焦点到等中心距离： $\leq 590\text{mm}$
4	扫描床	▲4.4 床面可升至离地面最高距离： $\geq 952\text{mm}$ （提供产品检测报告证明文件） 4.6 检查床承重： $\geq 318\text{ kg}$
7	图像质量	7.2 X-Y 平面空间分辨率： $\geq 21.4\text{lp/cm@0\%MTF}$ （提供产品检测报告证明文件）

9	智能扫描工作流	9.1 智能识别人体信息，同时当患者出现移动时，系统可实时监测并更新患者当前位置信息 9.2 可根据所选扫描协议及识别到的当前患者位置信息，自动控制移床 9.3 患者防碰撞检测，如患者身体部位如伸出检查床或设备孔径，造成碰撞危险，系统自动提示 9.4 患者移动监测功能，实时监测患者移动，提醒操作医生注意图像是否存在伪影 9.5 自动协议选择功能，能够根据协议登记的患者信息自动识别检查描述、请求过程描述等，结合使用习惯自动推荐扫描协议 9.6 自动矩阵，系统根据扫描建像参数，自动计算获取建像矩阵 9.7 运动伪影补偿技术，可补偿由于运动等原因造成的运动斜条伪影，提高图像质量，避免不必要的重复扫描 9.8 自动心率分析，支持在心脏扫描前，对患者心电信号进行分析，预测患者在实际扫描过程中的心率及心律情况，制定适合该患者的个性化冠脉扫描方案
---	---------	--

四标段：

品类 1：彩色多普勒超声诊断仪（全身科研机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	★6 探头接口数量 ≥ 5 个（均为无针式接口且大小一致，全激活）
3	高级成像功能	6 粘弹性成像 ▲6.1 具备粘弹性成像功能，支持腹部及浅表组织的粘度相关参数测量

品类 2：彩色多普勒超声诊断仪（妇产机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	★6 探头接口 ≥ 5 个（5 个探头接口均为无针式接口且大小一致） 7 中央刹车和直行锁功能
8	探头规格	★5.3 单晶体腹部容积探头频率：1.5-8.5MHz

品类 3：彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	★4. 探头接口数量 ≥ 5 个（均为无针式接口且大小一致，全激活）

品类 4：高端彩色多普勒超声诊断系统（全身机）（3 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	★6. 探头接口数量 ≥ 5 个（5 个探头接口均为无针式接口且大小一致）

六标段：

品类 1：动态心电图监护仪（86 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	硬件参数	▲10 体位检测：内置三维加速度传感器，支持运动检测测试

现变更为：

二标段：

序号	系统分类	技术参数要求
总体要求		为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2022 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台 ★主磁体、梯度系统、射频系统、后处理系统等核心部件须与整机为同一品牌制造商
1	磁体	8. 磁体长度（不含外壳） $\geq 170\text{cm}$ ▲9. 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 $\geq 70\text{cm}$
2	梯度系统	2. 梯度系统 ★2.1. 梯度场强度 $\geq 60\text{mT/m}$ 2.2. 梯度切换率 $\geq 200\text{T/m/s}$
4	射频系统	10. 发射带宽 $\geq 500\text{MHz}$ 15. 必须具备线圈：（各一套,所有线圈均为原厂配备线圈：独立通道、非组合。） 15.1. 一体化头颈成像线圈 ≥ 32 通道 15.2. 腹部成像线圈 ≥ 32 通道 15.3. 一体化全脊柱线圈 ≥ 32 通道 15.4. 关节柔性线圈 ≥ 16 通道 15.5. 乳腺线圈 ≥ 16 通道 15.6. 颞颌关节线圈 15.7. 肩关节线圈（独立通道、非组合） ≥ 16
12	其他及附属设施	删除 7. 乳腺线圈 ≥ 8 通道 1 个

三标段：

序号	系统分类	技术参数要求
总体要求		为保证设备先进性，各厂家所投标机型应为首次 NMPA 注册时间为 2022 年 1 月 1 日之后，同时提供最新应用平台
		★球管、高压发生器、探测器等核心部件须与整机为同一品牌制造商
1	机架系统	▲1.7 球管焦点到等中心距离：≤600mm
4	扫描床	▲4.4 床面可升至离地面最高距离：≥950mm（提供产品检测报告证明文件） 4.6 检查床承重：≥300 kg
7	图像质量	7.2 X-Y 平面空间分辨率：≥21 lp/cm@0%MTF（提供产品检测报告证明文件）
9	智能扫描工作流	具备

四标段：

品类 1：彩色多普勒超声诊断仪（全身科研机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	▲6 探头接口数量≥5 个（均为无针式接口且大小一致，全激活）
3	高级成像功能	6 具备弹性成像功能

品类 2：彩色多普勒超声诊断仪（妇产机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	▲6 探头接口≥5 个（5 个探头接口均为无针式接口且大小一致） 7 中央刹车和直行锁功能
8	探头规格	▲5.3 单晶体腹部容积探头频率：2.0-8.0MHz

品类 3：彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）（1 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	▲4. 探头接口数量 ≥ 5 个（均为无针式接口且大小一致，全激活）

品类 4：高端彩色多普勒超声诊断系统（全身机）（3 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	物理规格及人机交互要求	▲6. 探头接口数量 ≥ 5 个（5 个探头接口均为无针式接口且大小一致）

六标段：

品类 1：动态心电图监护仪（86 台）

序号	系统分类	技术参数要求
1	硬件参数	10 体位检测：内置三维加速度传感器，支持运动检测测试

2. 原采购公告中：

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

- 1、时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）
- 2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式：

- 1、时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）。
- 2、地点：永城市公共资源交易中心一楼开标室。
- 3、投标文件解密开始时间：2026 年 10 月 20 日 9 时 00 分；
投标文件解密截止时间：2026 年 10 月 20 日 10 时 00 分；
注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现变更为：

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

- 1、时间：2026 年 11 月 3 日 9 时 00 分（北京时间）
- 2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式：

- 1、时间：2026 年 11 月 3 日 9 时 00 分（北京时间）。
- 2、地点：永城市公共资源交易中心一楼开标室。
- 3、投标文件解密开始时间：2026 年 11 月 3 日 9 时 00 分；
投标文件解密截止时间：2026 年 11 月 3 日 10 时 00 分；
注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现重新上传招标文件附件，各潜在投标人重新下载，以最新版本的招标文

件附件为准，其他内容不变，给各潜在投标人造成不便，敬请谅解。

五、发布公告的媒介

本次更正公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》、《中国政府采购网》上发布。

六、本次招标项目联系事项：

1、采购人：永城市人民医院

联系地址：永城市欧亚路

联系人：刘女士

联系电话：0370-5201718

2、集中采购机构/代理机构：河南嘉赞工程管理有限公司

联系地址：郑州市郑东新区德威广场 A 座 1605

联系人：赵先生

联系电话：0371-55957259、18638583003

河南嘉赞工程管理有限公司

2026 年 10 月 16 日